

HAEGARDA®

Guide de reconstitution pour

HAEGARDA® et MIX2VIAL® (dispositif de transfert sans aiguille) fonctionnent ensemble pour faciliter l'auto-administration

1 NETTOYAGE DES WBOUCHONS

Retirez les capuchons des deux flacons (HAEGARDA® et diluant). Nettoyez la surface des bouchons de caoutchouc à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool et laissez sécher.



3 PRÉPARATION DE LA FIOLE DE DILUANT

Placez le flacon contenant le diluant sur une surface plane et propre et tenez-le fermement. Prenez le dispositif Mix2Vial® avec son emballage et poussez la pointe de l'extrémité de l'adaptateur bleu vers le bas et à travers le bouchon du flacon contenant le diluant.



5 TRANSFERT DU DILUANT DANS LE FLACON D'HAEGARDA®

Posez le flacon d'HAEGARDA® sur une surface plane et stable. Inversez le flacon contenant le diluant connecté au dispositif Mix2Vial® et poussez la pointe de l'extrémité transparente du dispositif Mix2Vial® à travers le bouchon du flacon contenant HAEGARDA®. Le diluant coulera automatiquement dans le flacon contenant HAEGARDA®.



CSL Behring
Biothérapies pour la Vie®



2 OUVERTURE DU DISPOSITIF MIX2VIAL®

Ouvrez l'emballage du dispositif Mix2Vial® en retirant le couvercle et laissez le dispositif Mix2Vial® dans l'emballage pour maintenir la stérilité. Ne retirez pas le dispositif Mix2Vial® de l'emballage transparent!



4 RETRAIT DE L'EMBALLAGE DU DISPOSITIF MIX2VIAL®

En tenant le flacon de diluant, retirez délicatement l'emballage de l'ensemble Mix2Vial® en tirant verticalement vers le haut. Assurez-vous de ne retirer que l'emballage et non le dispositif Mix2Vial®.

AVANT DE COMMENCER, Rassemblez les fournitures dans l'emballage du produit sur une surface plane (matériel de perfusion) :

- HAEGARDA® et les flacons de diluant (doivent être à la température ambiante)
- Dispositif de transfert Mix2Vial®
- Seringue stérile
- Ensemble de perfusion par voie sous-cutanée ou aiguille hypodermique
- Tampons d'alcool ou de désinfectant (non inclus avec l'emballage du produit)

Nettoyez soigneusement la surface de travail au moyen de tampons d'alcool ou de désinfectant. Lavez et séchez bien vos mains.



Utilisez une technique aseptique pour préparer et prélever HAEGARDA®. Consignez le numéro de lot du produit ainsi que la date et l'heure de perfusion dans le registre de traitement après chaque utilisation d'HAEGARDA®.

Pour obtenir tous les renseignements et les étapes de l'administration, veuillez consulter la monographie de produit disponible à l'adresse www.cslbehring.ca/products/product-list.

6 DISSOLUTION D'HAEGARDA®

Avec les flacons de diluant et d'HAEGARDA® toujours connectés au dispositif Mix2Vial®, faites tourner doucement le flacon d'HAEGARDA® pour vous assurer que la poudre est complètement dissoute. Ne pas agiter le flacon.



7 DÉVISSAGE DU FLACON DE DILUANT VIDE

Saisissez le côté transparent du flacon contenant HAEGARDA® de l'ensemble Mix2Vial® avec une main et saisissez le côté bleu du flacon contenant le diluant avec l'autre main. Dévissez soigneusement les deux parties du nécessaire de transvasement. Jetez le flacon contenant le diluant encore connecté à l'adaptateur Mix2Vial® bleu.



9 ASPIREZ LA SOLUTION DANS LA SERINGUE

Tout en maintenant le piston de la seringue enfoncé, retournez le système à l'envers et aspirez la solution dans la seringue en tirant doucement sur le piston.

8 CHARGEMENT DE LA SERINGUE

Aspirez de l'air dans une seringue stérile vide. Avec le flacon d'HAEGARDA® en position verticale, vissez la seringue au dispositif Mix2Vial® connecté. Injectez de l'air dans le flacon d'HAEGARDA®.



10 PRÉPARATION DU DISPOSITIF D'ADMINISTRATION

Une fois la solution transférée dans la seringue, tenez fermement le corps de la seringue (en gardant le piston de la seringue enfoncé) et dévissez-le du dispositif Mix2Vial®. La solution reconstituée doit être incolore, claire et ne contenir aucune particule visible. Ne pas utiliser si la solution contient des particules ou est décolorée. Tel qu'indiqué par un professionnel de la santé, connectez une aiguille hypodermique ou un ensemble de perfusion par voie sous-cutanée. Amorcez l'aiguille ou la tubulure, au besoin, selon les directives d'un professionnel de la santé.

Biotherapies for Life® est une marque déposée de CSL Behring, LLC. Mix2Vial® est une marque déposée de West Pharma. Services IL, Ltd., une filiale de West Pharmaceutical Services, Inc. HAEGARDA® est une marque déposée de CSL Behring GmbH. © 2019 CSL Behring. Tous droits réservés. HGD0008201912-FR

