

# HAEGARDA®

## Guide de reconstitution

Haegarda® et Mix2Vial® fonctionnent ensemble pour faciliter l'auto-administration

### 1 Nettoyer les bouchons

Retirer les capuchons des deux flacons (HAEGARDA et diluant). Nettoyer la surface des bouchons de caoutchouc à l'aide d'une lingette antiseptique et laisser sécher.



### 3 Préparer le flacon de diluant

Placer le flacon contenant le diluant sur une surface plane et propre et le tenir fermement. Prendre le dispositif Mix2Vial® avec son emballage et pousser la pointe de l'extrémité de l'adaptateur bleu vers le bas et à travers le bouchon du flacon contenant le diluant.



### 5 Transférer le diluant dans le flacon d'HAEGARDA

Poser le flacon d'HAEGARDA sur une surface plane et stable. Inverser le flacon contenant le diluant connecté au dispositif Mix2Vial® et pousser la pointe de l'extrémité transparente du dispositif Mix2Vial® à travers le bouchon du flacon contenant HAEGARDA. Le diluant coulera automatiquement dans le flacon contenant HAEGARDA.



### 2 Ouvrir le dispositif Mix2Vial®

Ouvrir l'emballage du dispositif Mix2Vial® en retirant le couvercle et laisser le dispositif Mix2Vial® dans l'emballage pour maintenir la stérilité. Ne pas retirer le dispositif Mix2Vial® de l'emballage transparent!



### 4 Retirer l'emballage du dispositif Mix2Vial®

Tout en tenant le flacon de diluant, retirer soigneusement l'emballage dans lequel se trouve le dispositif Mix2Vial® en tirant vers le haut. Veiller à ne retirer que l'emballage et non le dispositif Mix2Vial®.

## AVANT DE COMMENCER

### RASSEMBLER LES FOURNITURES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE DU PRODUIT SUR UNE SURFACE PLANE (NAPPERON DE PERFUSION) :

- HAEGARDA et les flacons de diluant (doivent être à la température ambiante)
- Dispositif de transfert sans aiguille Mix2Vial®
- Seringue stérile
- Ensemble de perfusion par voie sous-cutanée ou aiguille hypodermique
- Lingettes imbibées d'alcool ou de désinfectant (non incluses avec l'emballage du produit)

**Nettoyer soigneusement la surface de travail au moyen de lingettes imbibées d'alcool ou de désinfectant. Bien laver et sécher ses mains. Utiliser une technique aseptique pour préparer et prélever HAEGARDA.**



### 7 Dévisser le flacon de diluant vide

Saisir le côté transparent du flacon contenant HAEGARDA de l'ensemble Mix2Vial® avec une main et saisir le côté bleu du flacon contenant le diluant avec l'autre main. Dévisser doucement le dispositif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de manière à obtenir deux parties. Jeter le flacon de diluant encore connecté à l'adaptateur Mix2Vial® bleu.



### 9 Transférer le contenu dans la seringue

Tout en maintenant le piston de la seringue enfoncé, retourner le système à l'envers et aspirer la solution dans la seringue en tirant doucement sur le piston.



### 8 Remplir la seringue


Aspirer de l'air dans une seringue stérile vide. Avec le flacon d'HAEGARDA en position verticale, visser la seringue au dispositif Mix2Vial® connecté dans le sens des aiguilles d'une montre. Injecter de l'air dans le flacon d'HAEGARDA.



### 10 Préparer le dispositif de perfusion

Une fois la solution transférée dans la seringue, tenir fermement le corps de la seringue (en gardant le piston de la seringue enfoncé) et le dévisser du dispositif Mix2Vial® dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La solution reconstituée doit être incolore, claire et ne contenir aucune particule visible. Ne pas l'utiliser si la solution contient des particules ou est décolorée. Tel qu'indiqué par un professionnel de la santé, connecter une aiguille hypodermique ou un ensemble de perfusion par voie sous-cutanée. Amorcer l'aiguille ou la tubulure, au besoin, selon les directives d'un professionnel de la santé.

Pour plus d'information, veuillez visiter le [patients.cslbehring.ca/fr-fr/](http://patients.cslbehring.ca/fr-fr/)



Consigner le numéro de lot du produit ainsi que la date et l'heure de perfusion dans le registre de traitement après chaque utilisation d'HAEGARDA.

Pour obtenir tous les renseignements et les étapes de l'administration, consulter la monographie de produit disponible à l'adresse [www.cslbehring.ca/fr-fr/produits/liste-de-produits](http://www.cslbehring.ca/fr-fr/produits/liste-de-produits).

Mix2Vial® est une marque déposée de West Pharma. Services IL, Ltd., une filiale de West Pharmaceutical Services, Inc. HAEGARDA® est une marque déposée de CSL Behring GmbH. HAEGARDA® est fabriqué par CSL Behring GmbH et distribué par CSL Behring Canada Inc. © 2024 CSL Behring. Tous droits réservés. HGD2024060179FR

CSL Behring